

# VBM endoszkópos maszk

Lehetővé teszi, hogy az endoszkópos vizsgálat vagy fiberoszkópos intubáció közben egyidejűleg lélegeztessük is a beteget. Ez nagyban növeli a páciens komfortját és az orvos munkájának minőségét.

## Alkalmazási területek:

### ■ Fiberoszkópos intubáció

A fiberoszkópra felfűzött endotracheális tubus könnyen mozgatható a bronchoszkópon, mert a maszkon lévő flexibilis szilikon membrán ezt lehetővé teszi. Az intubáció után a szilikon membránt egyszerűen be kell nyomni a maszkba, ezután a maszkot leemelhetjük a tubusról (maga a membrán a tubuson marad).

### ■ Bronchoszkópia

A membrán ideális tömítést biztosít, ezáltal hatékony lélegeztetést tesz lehetővé a bronchoszkópia előtt, alatt és utána, azáltal a vizsgálat időkénszere csökken.

### ■ Gasztroenterológia

### ■ Transoesophagealis echocardiographia

Az Entonox (50% N<sub>2</sub>O/50% O<sub>2</sub>) ideálisan használható rövid idejű, várhatóan fájdalommal járó kisebb beavatkozásoknál. Az Entonoxot az éber állapotú páciens maga lélegzi be a maszkon keresztül. Gyors fájdalomcsillapító hatása van és ez lehetővé teszi, hogy az endoszkópot az orvos könnyen bevezesse a maszkon lévő szilikon membrán nyílásán keresztül. Az entonox hatása gyorsan csökken, nem okoz posztoperatív problémákat



## Endoszkópos maszk

### Fiberoszkópos intubációhoz és bronchoszkópiához

Kat.szám	méret		átmérő	kiszerezés
30-40-000	#0	újszülött	2 mm	6 db
30-40-111	#1	csecsemő	2 mm	6 db
30-40-333	#3	gyermek	3 mm	6 db
30-40-555	#5	felöltt	5 mm	6 db

### Gasztroenterológiához, transoesophagealis echocardiographiához

Kat.szám	méret		átmérő	kiszerezés
30-40-335	#3	gyermek	5 mm	6 db
30-40-777	#5	felöltt	10 mm	6 db

**Pásztor ADA-MED Kft.**

\*

1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 19/B.

T: 397-0109, 376-9576; Fax: 376-9576

E-mail: [adamed@adamed.hu](mailto:adamed@adamed.hu); WEB: [www.adamed.hu](http://www.adamed.hu)



# Maszkrögztítő szalagok



## Maszkrögztítő pánt

anyaga szilikon

méret	kat.szám	cs.egység
gyermek	35-70-155	10
felőtt	35-70-255	10

## Maszkrögztítő gyűrű

anyaga fém

kat.szám	cs.egység
80-11-266	10



## Maszkrögztítő szalag

anyaga szivacs

maszkméret	kat.szám	cs.egység
#1	35-40-622	10
#3+5	35-40-633	10

# Membrán

## Szilikon membrán

autoklávozható 134 °C-ig

lyukátmérő	kat.szám	cs.egység
2 mm	30-40-101	5
3 mm	30-40-103	5
5 mm	30-40-105	5
10 mm	30-40-110	5



# Bronchoszkópos tubus

A VBM bronchoszkópos tubus feladta, hogy mechanikus védelmet adjon a bronchoszkópot számára a beavatkozás során.

1. Nyílása elegendően nagy a bronchoszkóp és az endotracheális tubus bevezetéséhez.
2. Hosszúsága biztosítja a bronchoszkóp garatba vezetését.
3. A külső harapásgátló rész megvédi a bronchoszkópot.
4. Egyszer használatos a fertőzések és a kontamináció elkerülése érdekében.
5. A különböző méretek alkalmazkodnak a páciens méretéhez és a feladathoz.

# Bronchoszkópos tubus

## külső harapásgátlóval

egyszer használatos, anyaga EVA

#	páciens	hossz	kat.szám	cs. egység
0	újszülött	36 mm	30-40-400-1	10
2	gyermek	65 mm	30-40-420-1	10
4	felőtt	85 mm	30-40-440-1	10



**Pásztor ADA-MED Kft.** \* 1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 19/B.  
T: 397-0109, 376-9576; Fax: 376-9576  
E-mail: [adamed@adamed.hu](mailto:adamed@adamed.hu)  
WEB: [www.adamed.hu](http://www.adamed.hu)

